JUST THE PATIENT
www.abloc.eu

Tel : + 33(0) 2 41 17 49 49
Fax : + 33(0) 2 72 22 11 43
info@abloc.eu

8 rue des Frères Montgolfier
49240 Avrillé
France

Notice d'utilisation des coussins @bloc pour tables d'angiographie

Version V5 Février 2025

UTILISATION, NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE NOS MATELAS ET COUSSINS EN POLYURÉTHANE

Les matelas pour tables d'angiographies intègrent un complexe associant différentes densités et nature de mousses, issus de tests nous ayant permis de trouver la meilleure compatibilité physiologique pour maximiser le confort et la sécurité du patient, en réduisant considérablement le risque d'escarres. Ils sont destinés aux tables d'angiographie, suivant la marque et le modèle de ces derniers, pour lesquels ils s'adaptent parfaitement et optimisent ainsi le confort et la sécurité du patient.

Restrictions d'utilisation

• L'utilisateur doit s'assurer que le coussin est adapté à la table d'angiographies.

• Ce coussin s'adresse à des utilisateurs formés aux positionnements des patients et aux risques d'escarres.

• Ne pas laver nos coussins et matelas en cabine de lavage et désinfection.

• Ne jamais utiliser de produit nettoyant abrasif ni éponges à grattoir.

• Ne pas fixer de bandes collantes sur le matelas mais les côtés de la table en veillant toujours à intercaler un champ pour éviter le contact de l'adhésif sur le matelas ou coussin.

• L'effet mémoire de forme de nos produits est optimisé pour réduire les compressions. Bien que s'adaptant à la morphologie des patients, ils n'assurent pas leur calage tel qu'un matelas coquille à décompression. Au contraire la rétraction aux points de pressions pourrait occasionner un glissement progressif. Seuls des appuis fixés à la table peuvent assurer un maintien efficace lors des inclinaisons prononcées.

• Ne pas ajouter de sur-matelas en gel qui nuisent à la prise de forme et la bonne répartition des pressions car la surface en contact avec le patient n'est plus étirable. Seules les zones très en creux peuvent être soutenues par adjonction de coussinets lors d'interventions très longues et/ou chez les patients à risque (diabète, chimiothérapie, grand âge...), comme par exemple sous le tendon d'Achille pour réduire la pression sous le talon.

• Si un produit à base d'alcool pour la désinfection de la peau du patient est utilisé, il est impératif pour des raisons de sécurité (risque d'inflammation et/ou de macération), de veiller à ce qu'il ne s'accumule pas sous le patient.

• L'utilisation prolongée d'un alcool ou d'un dissolvant peut nuire à la conductivité et à l'élasticité du revêtement du matelas ou du coussin et altérer son imperméabilité et/ou provoquer son rétrécissement.

• S'assurer que le patient n'est pas allergique au polyuréthane.

Lavage, désinfection et maintenance

• Les matelas ou coussins peuvent être nettoyés en essuyant avec un chiffon doux imbibé d'eau contenant un détergent neutre ou avec une solution prête à l'emploi (par ex. ANIOS Surfa'safe, ALFAKARM Septalkan, Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Spray…) ou des lingettes imbibées (par ex. ANIOS Oxy Wipes ; Wip'ANIOS Excel ; Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Tissues ...).

• D'une façon générale, les désinfectants de surface comprenant un ensemble des principes actifs tels qu'aldéhyde, composés quaternaires, dérivés de guanidine et oxygène actifs, ont prouvé leur efficacité. Mais toujours choisir ceux formulés spécifiquement pour

JUST THE PATIENT
www.abloc.eu

Tel : + 33(0) 2 41 17 49 49
Fax : + 33(0) 2 72 22 11 43
info@abloc.eu

8 rue des Frères Montgolfier
49240 Avrillé
France

les équipements, moins filmogènes et agressifs.

• Le nettoyage et la désinfection in situ peuvent être également effectués sur le revêtement avec de l'eau chaude à la main et un détergent neutre ou avec une solution d'hypochlorite de sodium (0,1% ou de 1000 parties par million de chlore disponible).

• Les produits type Ercesolvant©, Remove©, antiadhésif GILBERT©… utilisés pour éliminer les résidus d'adhésifs (Elastoplast©, champs collants), doivent être soigneusement rincés et séchés immédiatement après usage. Ne pas le faire peut entraîner l'accumulation de réactif endommageant le revêtement en polyuréthane. Tous produits à base d'acétone, éther et autres solvants volatiles doivent être utilisés avec les mêmes précautions.

• Il est essentiel que les articles sèchent soigneusement après nettoyage. Ainsi il ne faut jamais recouvrir nos matelas avec des champs, gels, sur-matelas chauffant, ni les reposer sur la table avant leur complet séchage.

• Il est fortement recommandé de nettoyer la surface des coussins ou matelas entre deux patients, mais aussi le dessous plusieurs fois par jour et systématiquement après une intervention septique.

• La partie crochet des Velcro® collée à la table ou l'accessoire doit être régulièrement débarrassée des peluches et autres fibres par un brossage. Les crochets ne doivent pas être détériorés. Il est nécessaire de vérifier qu'ils assurent une bonne fixation du matelas. Nous conseillons son renouvellement annuel, par du personnel qualifié, au moment de la maintenance, et le remplacement du matelas s'il n'adhère plus aux crochets neufs.

• Enfin, il est impératif pour des raisons d'hygiène de remplacer le matelas de table d'angiographies ou le coussin dès lors qu'il présente des dommages (déchirure, entaille, fissures, brûlure...) En effet, les produits altérés ne sont plus étanches et l'humidité qui pénètre alors dans la mousse y favorise le développement de germes et bactéries.

Précautions particulières

Avant toute utilisation il est nécessaire de s'assurer du bon état de la fixation du matelas et de sa bonne mise en place.
Le revêtement extérieur du matelas n'est pas destiné à un contact permanent avec la peau du patient.
L'utilisation de ce coussin ne saurait se substituer à la surveillance nécessaire à la prévention des escarres. La prévention des escarres nécessite d'identifier les facteurs de risque et de planifier des changements de position toutes les 2 à 3heures, voire à une fréquence plus élevée.

Conditions particulières de stockage et d'utilisation

Température min	Stockage : -15°	Utilisation : + 15 °
Température max	Stockage : + 45 °	Utilisation : + 25 °
Hygrométrie (%HR) min	Stockage : 30 %	Utilisation : 30 %
Hygrométrie (%HR) max	Stockage : 70 %	Utilisation : 70 %

Pièces de rechange

Les bande de type Velcro sont constituées de deux parties : Le velours soudé ou collé au matelas et les crochets à coller sur la table ou l'accessoire. Les trois références sont commercialisées au mètre :
VSA26V : Velours
VSA26C : Crochets
VSA26 : Ensemble crochets + velours

Fin de vie

En fin de vie le coussin doit être nettoyé et désinfecté normalement puis placé dans le système destiné à l'élimination des déchets de type tout venant.

Références normatives

JUST THE PATIENT
www.abloc.eu

Tel : + 33(0) 2 41 17 49 49
Fax : + 33(0) 2 72 22 11 43
info@abloc.eu

8 rue des Frères Montgolfier
49240 Avrillé
France

Fabricant : @bloc
Conforme à la réglementation européenne
Dispositif Médical CE classe1
Suivant référence : Inflammabilité BS7175 1989 - EN 1021/part 1 et 2 - M1 (NFP 92503) ++ Antistatique BS2050 1978 - ISO 2878.

Tout incident grave survenu en lien avec l'un de nos coussins pour tables d'angiographies devra faire l'objet d'une notification auprès de @bloc et de l'ANSM conformément à la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter.

CE