8 rue des Frères Montgolfier
49240 Avrillé
France

Tel : +33(0) 2 41 17 49 49
Fax : +33(0) 2 72 22 11 43

Notice d'utilisation

Rev : V7
Septembre 2025

Cale tête @bloc pour déclive CT0005EPTS11 / CT0005EPTS22 / CT0005EPTS3 / CT0005EPTS4

Utilisation, nettoyage et entretien de nos coussins en polyuréthane

Le cale tête pour déclive CT0005EPTSXX intègre un complexe associant différentes densités et nature de mousses, issus de tests nous ayant permis de trouver la meilleure compatibilité physiologique pour maximiser le confort et la sécurité du patient, en réduisant considérablement le risque d'escarres. Il facilite le positionnement et la sécurité du patient dans la position dite de Trendelenburg (déclive).

Restrictions d'utilisation

- L'utilisateur doit s'assurer que le coussin est adapté à la position souhaitée pour le patient.
- Le poids du patient ne doit pas dépasser 180kg avec les références CT0005EPTS11, CT0005EPTS3, CT0005EPTS4, et 220 kg avec la référence CT0005EPTS22.
- Ce coussin s'adresse à des utilisateurs formés aux positionnements des patients et aux risques d'escarres.
- Ne pas laver le cale tête pour déclive en cabine de lavage et désinfection.
- Ne jamais utiliser de produit nettoyant abrasif ni éponges à grattoir.
- Ne pas fixer de bandes collantes sur le cale tête pour déclive.
- L'effet mémoire de forme de nos produits est optimisé pour réduire les compressions. Bien que s'adaptant à la morphologie des patients, ils n'assurent pas leur calage tel qu'un matelas coquille à décompression. Au contraire la rétraction aux points de pressions pourrait occasionner un glissement progressif.
- Ne pas ajouter de sur-matelas en gel qui nuisent à la prise de forme et la bonne répartition des pressions car la surface en contact avec le patient n'est plus étirable.
- Si un produit à base d'alcool pour la désinfection de la peau du patient est utilisé, il est impératif pour des raisons de sécurité (risque d'inflammation et/ou de macération), de veiller à ce qu'il ne s'accumule pas sous le patient.
- L'utilisation prolongée d'un alcool ou d'un dissolvant peut nuire à la conductivité et à l'élasticité du revêtement du cale tête pour déclive et altérer son imperméabilité et/ou provoquer son rétrécissement.
- S'assurer que le patient n'est pas allergique au polyuréthane.

Lavage, désinfection et maintenance

- Le cale tête pour déclive peut être nettoyé en essuyant avec un chiffon doux imbibé d'eau contenant un détergent neutre ou avec une solution prête à l'emploi (par ex. ANIOS Surfa'safe, ALFAKARM Septalkan, Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Spray…) ou des lingettes imbibées (par ex. ANIOS Oxy Wipes ; Wip'ANIOS Excel ; Laboratoire HUCKERT'S Umonium 38 Medical Tissues …).
- D'une façon générale, les désinfectants de surface comprenant un ensemble des principes actifs tels qu'aldéhyde, composés quaternaires, dérivés de guanidine et oxygène actifs, ont prouvé leur efficacité. Mais toujours choisir ceux formulés spécifiquement pour les équipements, moins filmogènes et agressifs.
- Le nettoyage et la désinfection in situ peuvent être également effectués sur le revêtement avec de l'eau chaude à la main et un détergent neutre ou avec une solution d'hypochlorite de sodium (0,1% ou de 1000 parties par million de chlore disponible).
- Les produits type Ercesolvant©, Remove©, Anti-adhésif GILBERT©… utilisés pour éliminer les résidus d'adhésifs (Elastoplast©, champs collants), doivent être soigneusement rincés et séchés immédiatement après usage. Ne pas le faire peut entraîner

l'accumulation de réactif endommageant le revêtement en polyuréthane. Tous produits à base d'acétone, éther et autres solvants volatiles doivent être utilisés avec les mêmes précautions.

- Il est essentiel que les articles sèchent soigneusement après nettoyage. Ainsi il ne faut jamais recouvrir le cale tête pour déclive avec des champs, gels, sur-matelas chauffant, ni les remettre en service avant son complet séchage.
- Il est fortement recommandé de nettoyer la surface du cale tête pour déclive entre deux patients, mais aussi le dessous plusieurs fois par jour et systématiquement après une intervention septique.
- Enfin, il est impératif pour des raisons d'hygiène de remplacer le cale tête pour déclive dès lors qu'il présente des dommages (déchirure, entaille, fissures, brûlure…) En effet, les produits altérés ne sont plus étanches et l'humidité qui pénètre alors dans la mousse y favorise le développement de germes et bactéries.

Précautions particulières

Avant toute utilisation il est nécessaire de s'assurer du bon état des épaulières rigides et de leur bonne mise en place sur la table d'opération.



Les épaulières rigides doivent être centrées par rapport aux parties latérales du coussin. On s'assurera qu'il n'y a pas de risque de contact avec la tête du patient.



Le coussin est équipé d'un pictogramme qui permet de visualiser le sens d'utilisation du coussin.



Il est impératif de vérifier que le sens est respecté pour s'assurer que le patient est bien en contact avec le côté du coussin en mousse à mémoire de forme.

Le revêtement extérieur du cale tête pour déclive n'est pas destiné à un contact permanent avec la peau du patient.

L'utilisation de ce coussin ne saurait se substituer à la surveillance nécessaire à la prévention des escarres. La prévention des escarres nécessite d'identifier les facteurs de risque et de planifier des changements de position toutes les 2 à 3heures, voire à une fréquence plus élevée.

8 rue des Frères Montgolfier
49240 Avrillé
France

Tel : +33(0) 2 41 17 49 49
Fax : +33(0) 2 72 22 11 43

Notice d'utilisation

Rev : V7

Septembre 2025

Conditions particulières de stockage et d'utilisation

Température min	Stockage : -15°	Utilisation : + 15 °
Température max	Stockage : + 45 °	Utilisation : + 25 °
Hygrométrie (%HR) min	Stockage : 30 %	Utilisation : 30 %
Hygrométrie (%HR) max	Stockage : 70 %	Utilisation : 70 %

Pièces de rechange

Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce produit

Fin de vie

En fin de vie le coussin doit être nettoyé et désinfecté normalement puis placé dans le système destiné à l'élimination des déchets de type tout venant.

Références normatives

Fabricant : @bloc

Conforme à la réglementation européenne

Dispositif Médical CE classe1

Suivant le tissu utilisé : Inflammabilité BS7175 1989 - Antistatique BS2050 1978 - ISO 2878.

Tout incident grave survenu en lien avec l'un de nos coussins devra faire l'objet d'une notification auprès de @bloc et de l'ANSM conformément à la réglementation en vigueur.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter.

CE

Mandataire autorisé CH-REP :

CH REP

GMB Services
Route de Mouthe 20,
1343 Les Charbonnières - Switzerland
info@gmb-services.com

Swiss Importer:

GMB Services SA
Route de Mouthe 20,
1343 Les Charbonnières - Switzerland